



## Control de Calidad Externo: Reporte consolidado de identificación 1<sup>er</sup> envío 2018

Clave/ID correcta	18-1	18-2	18-3	18-4	18-5	
Equipo /método	<i>Acinetobacter baumannii</i> *	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	<i>Enterococcus faecalis</i>	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<i>Staphylococcus aureus</i>	
<b>Vitek</b> n=21	% correcta	95	95	86	100	100
	% incorrecta	5	5	14	0	0
	especies incorrectas (n)	<i>Burkholderia cepacia</i> (1)	<i>Klebsiella oxytoca</i> (1)	<i>Enterococcus gallinarum</i> (2) <i>Pantoea</i> spp. (1)	NA	NA
<b>Phoenix</b> n=10	% correcta	100	100	100	100	80
	% incorrecta	0	0	0	0	20
	especies incorrectas (n)	NA	NA	NA	NA	<i>Staphylococcus epidermidis</i> (2)
<b>Bioquímicas tradicional**</b> n=7	% correcta	86	100	86	100	86
	% incorrecta	14	0	14	0	14
	especies incorrectas (n)	<i>Escherichia coli</i> (1)	NA	<i>Staphylococcus aureus</i> (1)	NA	<i>Enterobacter</i> spp. (1)
<b>Microscan</b> n=6	% correcta	100	100	67	100	100
	% incorrecta	0	0	33	0	0
	especies incorrectas (n)	NA	NA	<i>Staphylococcus haemolyticus</i> (1) <i>Sphingobacterium piritivorum</i> (1)	NA	NA
<b>Sensititre- Aris</b> n=3	% correcta	100	100	67	100	100
	% incorrecta	0	0	33	0	0
	especies incorrectas (n)	NA	NA	<i>Enterococcus faecium</i> (1)	NA	NA
<b>MALDI-TOF</b> n=3	% correcta	100	100	100	100	100
	% incorrecta	0	0	0	0	0
	especies incorrectas (n)	NA	NA	NA	NA	NA

ID: identificación, NA: no aplica. \*Se consideró el reporte de *Acinetobacter baumannii*, aunque pudo haber sido Complejo *Acinetobacter baumannii*. \*\*Se englobaron aquí bioquímicas convencionales en tubo y el uso del sistema API. Se anota el nombre de la especie tal y cual se reportó.